Dräger

DrägerSensor® XXS Cl_2
68 10 890

								bg	cs	el	hr	hu	pl	ro	sk	sl	tr	zh		
de	en	fr	nl	es	it	pt	ru	da	no	sv	fi	ja								

90 23 924 – GA 4623626 MUL343
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
D-23560 Lübeck, Germany
Tel. +49 451 8 82 - 0
FAX. +49 451 8 82 - 20 80
www.draeger.com

© Dräger Safety AG & Co. KGaA
(Edition 09.2016)
(Edition 2005)
Subject to alteration

de - Gebrauchsanweisung

VORSICHT

Diese Gebrauchsanweisung ist eine Ergänzung zur Gebrauchsanweisung des jeweiligen tragbaren Dräger Gasmessgerätes. Jede Handhabung an dem Sensor setzt die genaue Kenntnis und Beachtung der Gebrauchsanweisung des verwendeten Dräger Gasmessgerätes sowie der allgemeinen Gebrauchsanweisung 90 23 657 voraus.

1 Verwendungszweck

Zum Einsatz in Dräger Gasmessgeräten. Zur Überwachung der Cl_2 (Chlor)-, F_2 (Fluor)-, Br_2 (Brom)- oder ClO_2 (Chlordioxid)-Konzentration in der Umgebungsluft.

Messbereich	0 - 20 ppm Cl_2 0 - 20 ppm F_2 0 - 20 ppm Br_2 0 - 20 ppm ClO_2
Empfohlenes Justierintervall	6 Monate
Prüfgaskonzentration	1 - 18 ppm Cl_2

2 Weitere Informationen

HINWEIS

Für weiterführende Hinweise zur Verwendung des Dräger Sensors den folgenden Link aufrufen:
www.draeger.com/sensorhandbook

VORSICHT

Gesundheitsgefahr. Der Sensor enthält ätzende Flüssigkeiten. Bei Undichtigkeit Kontakt mit Augen und Haut vermeiden. Bei Kontakt mit viel Wasser spülen.

® DrägerSensor ist eine in Deutschland eingetragene Marke von Dräger.

en - Instructions for Use

CAUTION

These instructions for use are a supplement to the instructions for use of the respective portable Dräger gas monitor. Any use of the sensor requires full understanding and strict observation of the instructions for use of the respective Dräger gas monitor and the general instructions for use 90 23 657.

1 Intended use

For use in Dräger gas monitors. For monitoring the Cl_2 (chlorine), F_2 (fluorine), Br_2 (bromine) or ClO_2 (chlorine dioxide) concentration in the ambient air.

Measuring range	0 - 20 ppm Cl_2 0 - 20 ppm F_2 0 - 20 ppm Br_2 0 - 20 ppm ClO_2
Recommended calibration interval	6 months
Test gas concentration	1 - 18 ppm Cl_2

2 Additional information

NOTICE

For further information on how to use the Dräger sensor, please refer to the following link:
www.draeger.com/sensorhandbook

CAUTION

Risk to health. The sensor contains corrosive liquids. In case of leakages, avoid contact with the eyes and skin. In case of contact, rinse with plenty of water.

® DrägerSensor is a trademark of Dräger, registered in Germany.

fr - Notice d'utilisation

ATTENTION

La présente notice d'utilisation est un complément à la notice d'utilisation de l'appareil portable de mesure de gaz Dräger utilisé. Toute manipulation du capteur présuppose la connaissance et l'observation exactes de la notice d'utilisation de l'appareil de mesure de gaz Dräger utilisé et de la notice d'utilisation générale 90 23 657.

1 Domaine d'application

Pour utilisation dans les appareils de mesure de gaz Dräger. Pour la surveillance de la concentration de Cl_2 (chlore), de F_2 (fluor), de Br_2 (brome) ou de ClO_2 (dioxyde de chlore) dans l'air ambiant.

Plage de mesure	0 - 20 ppm Cl_2 0 - 20 ppm F_2 0 - 20 ppm Br_2 0 - 20 ppm ClO_2
Intervalle d'ajustage recommandé	6 mois
Concentration en gaz étalon	1 - 18 ppm Cl_2

2 Informations complémentaires

REMARQUE

Pour plus d'informations concernant l'utilisation du capteur Dräger, veuillez consulter le lien suivant :
www.draeger.com/sensorhandbook

ATTENTION

Risque sanitaire. Le capteur contient des liquides irritants. En cas de défaut d'étanchéité, il convient d'éviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, vous devez rincer abondamment à l'eau.

® DrägerSensor est une marque déposée de Dräger en Allemagne.

nl - Gebruiksaanwijzing

VOORZICHTIG

Deze gebruiksaanwijzing is een aanvulling op de gebruiksaanwijzing van het betreffende draagbare Dräger gasmeetinstrument. Elke handeling met of aan de sensor vereist exacte kennis en opvolging van de gebruiksaanwijzing van het gebruikte Dräger gasmeetinstrument en van de algemene gebruiksaanwijzing 90 23 657.

1 Beoogd gebruik

Voor gebruik in Dräger gasmeetinstrumenten. Voor de bewaking van de concentratie Cl_2 (chloor), F_2 (fluor), Br_2 (broom) of ClO_2 (chloordioxide) in de omgevingslucht.

Meetbereik	0 - 20 ppm Cl_2 0 - 20 ppm F_2 0 - 20 ppm Br_2 0 - 20 ppm ClO_2
Aanbevolen kalibratie-interval	6 maanden
Testgasconcentratie	1 - 18 ppm Cl_2

2 Verdere informatie

AANWIJZING

Voor meer informatie over het gebruik van de Dräger sensor verwijzen wij u naar de volgende link::
www.draeger.com/sensorhandbook

VOORZICHTIG

Gevaar voor de gezondheid. De sensor bevat bijtende vloeistoffen. Bij lekkage contact met de ogen en huid vermijden. Bij contact met veel water spoelen.

® DrägerSensor is een geregistreerd merk van Dräger in Duitsland.

es - Instrucciones de uso

ATENCIÓN

Estas instrucciones de uso son un complemento de las instrucciones de uso del equipo de medición de gases portátil Dräger correspondiente. Cualquier manipulación en el sensor presupone el conocimiento exacto y la observación de las instrucciones de uso del equipo de medición de gases Dräger utilizado, así como las instrucciones de uso generales 90 23 657.

1 Uso previsto

Instalación prevista en dispositivos Dräger de medición de gas. Para el control de la concentración de Cl_2 (cloro), F_2 (flúor), Br_2 (bromo) o ClO_2 (dióxido de cloro) en el aire ambiental.

Rango de medición	0 - 20 ppm Cl_2 0 - 20 ppm F_2 0 - 20 ppm Br_2 0 - 20 ppm ClO_2
Intervalo de calibración recomendado	6 meses
Concentración de gas de prueba	1 - 18 ppm Cl_2

2 Información adicional

NOTA

Para obtener información adicional sobre el uso del sensor Dräger, acceda al siguiente enlace:
www.draeger.com/sensorhandbook

ATENCION

Peligro para la salud. El sensor incluye líquidos corrosivos. En caso de fugas, evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, enjuagar con abundante agua.

® DrägerSensor es una marca registrada de Dräger en Alemania.

it - Istruzioni per l'uso

ATTENZIONE

Queste istruzioni per l'uso sono un completamento delle istruzioni per l'uso dell'apparecchio portatile Dräger per la misurazione del gas. L'impiego del sensore presuppone la perfetta conoscenza e l'osservanza delle istruzioni per l'uso dell'apparecchio Dräger per la misurazione del gas, nonché delle istruzioni per l'uso generali 90 23 657.

1 Impiego previsto

Si usa negli apparecchi Dräger per la misurazione del gas. Per il monitoraggio della concentrazione di Cl_2 (cloro), F_2 (fluoro), Br_2 (bromo) o ClO_2 (diossido di cloro) nell'aria dell'ambiente.

Campo di misura	0 - 20 ppm Cl_2 0 - 20 ppm F_2 0 - 20 ppm Br_2 0 - 20 ppm ClO_2
Intervallo di calibrazione consigliato	6 mesi
Concentrazione del gas di prova	1 - 18 ppm Cl_2

2 Informazioni aggiuntive

NOTA

Per ulteriori indicazioni sull'utilizzo del sensore Dräger, visitare il link seguente:
www.draeger.com/sensorhandbook

ATTENZIONE

Effetti nocivi per la salute. Il sensore contiene liquidi corrosivi. In caso di perdite, evitare il contatto con occhi e pelle. In caso di contatto, sciacquare con abbondante acqua.

® DrägerSensor è un marchio Dräger registrato in Germania.

pt - Instruções de uso

CUIDADO

Estas instruções de uso complementam as instruções de uso do respectivo aparelho portátil para medição de gás da Dräger. A utilização deste sensor obriga ao pleno conhecimento e à observação rigorosa das instruções de uso do aparelho para medição Dräger 90 23 657.

1 Finalidade

Para utilização em dispositivos de medição de gás da Dräger. Para o monitoramento de Cl_2 (cloro), F_2 (flúor), Br_2 (bromo) ou ClO_2 (dióxido de cloro) no ar ambiente.

Faixa de medição	0 - 20 ppm Cl_2 0 - 20 ppm F_2 0 - 20 ppm Br_2 0 - 20 ppm ClO_2
Intervalo de ajuste recomendado	6 meses
Concentração do gás de teste	1 - 18 ppm Cl_2

2 Informações detalhadas

NOTA

Para obter mais indicações sobre a utilização do sensor da Dräger, acesse o link:
www.draeger.com/sensorhandbook

CUIDADO

Perigo para a saúde. O sensor contém líquidos cáusticos. Em caso de vazamento, evite o contato com olhos e pele. Em caso de contato, enxágue com água abundante.

® DrägerSensor é uma marca registrada da Dräger na Alemanha.

ru - Руководство по эксплуатации

ВНИМАНИЕ

Данное руководство по эксплуатации является дополнением к Руководству по эксплуатации соответствующего портативного газоизмерительного прибора фирмы Dräger. При любом использовании сенсора необходимо полностью понимать и строго соблюдать Руководство по эксплуатации соответствующего газоизмерительного прибора фирмы Dräger, а также общее Руководство по эксплуатации 90 23 657.

1 Назначение

Используется в газоизмерительных приборах фирмы Dräger для контроля концентрации Cl_2 (хлора), F_2 (флора), Br_2 (брома) или ClO_2 (диоксида хлора) в окружающем воздухе.

Диапазон измерения	0 - 20 ppm Cl_2 0 - 20 ppm F_2 0 - 20 ppm Br_2 0 - 20 ppm ClO_2
Рекомендуемая периодичность регулировки	6 месяцев
Концентрация калибровочного газа	1 - 18 ppm Cl_2

2 Дальнейшая информация

УКАЗАНИЕ

Дальнейшие указания по использованию сенсора фирмы Dräger доступны по ссылке:
www.draeger.com/sensorhandbook

ВНИМАНИЕ

Опасность для здоровья. Сенсор содержит едкие жидкости. В случае негерметичности прибора не допускайте их попадания в глаза или на кожу. При попадании промойте эти участки большим количеством воды.

® DrägerSensor — торговая марка фирмы Dräger, зарегистрированная в Германии.

da - Brugsanvisning

FORSIGTIG

Denne brugsanvisning er et supplement til brugsanvisningen for det pågældende bærbare Dräger-gasmåleapparat. Enhver håndtering af sensoren forudsætter nøje kendskab og hensyntagen til brugsanvisningen for det anvendte Dräger-gasmåleapparat samt til den generelle brugsanvisning 90 23 657.

1 Anvendelsesformål

Til brug i Dräger-gasmåleapparater. Til overvågning af Cl_2 (klor)-, F_2 (fluor)-, Br_2 (brom)- eller ClO_2 (klordioxid)-koncentrationen i den omgivende luft.

Måleområde	0 - 20 ppm Cl_2 0 - 20 ppm F_2 0 - 20 ppm Br_2 0 - 20 ppm ClO_2
Anbefalet kalibreringsinterval	6 måneder
Prøvegaskoncentration	1 - 18 ppm Cl_2

2 Yderligere informationer

BEMÆRK

Åbn følgende link for flere henvisninger til anvendelsen af Dräger-sensoren:
www.draeger.com/sensorhandbook

FORSIGTIG

Sundhedsfare. Sensoren indeholder ætsende væsker. Undgå kontakt med øjne og hud ved utæthed. Ved kontakt skal der skylles med rigeligt vand.

® DrägerSensor er et varemærke tilhørende Dräger og er registreret i Tyskland.

no – Bruksanvisning

FORSIKTIG

Denne bruksanvisningen er et tillegg til bruksanvisningen for det respektive bærbare Dräger gassmåleinstrumentet. Enhver håndtering av sensoren forutsetter at du er kjent med og følger bruksanvisningen for det anvendte Dräger gassmåleinstrumentet nøye, så vel som den generelle bruksanvisningen 90 23 657.

1 Bruksområde

For bruk med Dräger gassmåleapparater. For overvåkning av konsentrasjonene av Cl_2 (klor), F_2 (fluor), Br_2 (brom) eller ClO_2 (klordioksid) i omgivelsesluften.

Måleområde	0 - 20 ppm Cl_2 0 - 20 ppm F_2 0 - 20 ppm Br_2 0 - 20 ppm ClO_2
Anbefalt justeringsintervall	6 måneder
Testgasskonsentrasjon	1 - 18 ppm Cl_2

2 Mer informasjon

ANVISNING

Du finner mer informasjon om bruk av Dräger sensoren på den følgende koblingen:
www.draeger.com/sensorhandbook

FORSIKTIG

Helsefarlig. Sensoren inneholder etsende væsker. Unngå kontakt med øyne og hud ved utetthet. Skyll med mye vann ved kontakt.

® DrägerSensor er et varemerke registrert i Tyskland for Dräger.

sv - Bruksanvisning

OBSERVERA

Denna bruksanvisning är ett tillägg till bruksanvisningen till det aktuella bärbara Dräger gasmätinstrumentet. All hantering av sensorn förutsätter ingående kännedom om och beaktande av bruksanvisningen till det använda Dräger gasmätinstrumentet samt den allmänna bruksanvisningen 90 23 657.

1 Användning

För användning i Dräger gasmätinstrument. För övervakning av Cl_2 klor)-, F_2 (fluor)-, Br_2 (brom)- eller ClO_2 (klordioxid)-koncentrationen i omgivningsluften.

Mätområde	0 - 20 ppm Cl_2 0 - 20 ppm F_2 0 - 20 ppm Br_2 0 - 20 ppm ClO_2
Rekommenderat kalibreringsintervall	6 månader
Testgaskoncentration	1 - 18 ppm Cl_2

2 Ytterligare information

NOTERING

Använd följande länk för anvisningar om användningen av sensorn från Dräger:
www.draeger.com/sensorhandbook

OBSERVERA

Hälsorisk. Sensorn innehåller frätande vätskor. Undvik kontakt med ögon och hud vid läckor. Skölj med mycket vatten vid kontakt.

® DrägerSensor är ett registrerat varumärke i Tyskland som tillhör Dräger.

fi - Käyttöohje

HUOMIO

Tämä käyttöohje on täydennysosa kulloisenkin kannettavan Dräger-kaasunmittauslaitteen käyttöohjeeseen. Jokainen anturin käyttö edellyttää käytettävän Dräger-kaasunmittauslaitteen ja yleisen käyttöohjeen 90 23 657 tarkkaa tuntemista ja noudattamista.

1 Käyttötarkoitus

Käytettäväksi Dräger-kaasunmittauslaitteissa. Cl_2- (kloori), F_2- (fluori), Br_2- (bromi) tai ClO_2-konsentraation (klooridioksidi) valvontaan ympäröivässä ilmassa.

Mittausalue	0 - 20 ppm Cl_2 0 - 20 ppm F_2 0 - 20 ppm Br_2 0 - 20 ppm ClO_2
Suositeltu säätöväli	6 kuukautta
Koekaasukonsentraatio	1 - 18 ppm Cl_2

2 Lisätietoja

OHJE

Lisäohjeita Dräger-anturin käytöstä on seuraavassa osoitteessa:
www.draeger.com/sensorhandbook

HUOMIO

Terveysriski. Anturi sisältää syövyttäviä nesteitä. Jos anturi on epätiivis, täytyy välttää kosketusta silmien ja ihon kanssa. Jos tuotetta joutuu iholle tai silmiin, täytyy huuhdella runsaalla vedellä.

® DrägerSensor on Drägerin Saksassa rekisteröity tavaramerkki.

bg - Ръководство за работа

ВНИМАНИЕ

Настоящото ръководство за работа е допълнение към ръководството за работа на съответния преносим измервателен уред за газ Dräger. Всяко боравене със сензора предполага точно познаване и спазване на ръководството за работа на използвания газов измервателен уред за газ Dräger, както и на общото ръководство за работа 90 23 657.

1 Предназначение

За използване в газови измервателни уреди Dräger. За контрол на концентрацията на Cl_2 (хлор)-, F_2 (флуор)-, Br_2 (бром)- или ClO_2 (хлорен оксид) в околния въздух.

Диапазон на измерване	0 - 20 ppm Cl_2 0 - 20 ppm F_2 0 - 20 ppm Br_2 0 - 20 ppm ClO_2
Препоръчван интервал на юстиране	6 месеца
Концентрация на пробния газ	1 - 18 ppm Cl_2

2 Друга информация

УКАЗАНИЕ

За допълнителни указания за употребата на сензора Dräger последвайте тази връзка:
www.draeger.com/sensorhandbook

ВНИМАНИЕ

Опасност за здравето. Сензорът съдържа корозивни течности. При неупълтненост избягвайте контакт с очите и кожата. При контакт промийте с много вода.

® DrägerSensor е регистрирана търговска марка на Dräger в Германия.

cs - Návod k použití

POZOR

Tento návod k použití představuje dodatek k návodu k použití příslušného přenosného přístroje na měření koncentrace plynů Dräger. Předpokladem jakékoli manipulace se senzorem je přesná znalost a dodržování návodu k použití příslušného přístroje Dräger a obecného návodu k použití 90 23 657.

1 Účel použití

K použití v přístrojích na měření koncentrace plynů Dräger. Pro monitorování koncentrace Cl_2 (chlor), F_2 (fluor), Br_2 (brom) nebo ClO_2 (oxid chličitý) v okolní atmosféře.

Rozsah měření	0 - 20 ppm Cl_2 0 - 20 ppm F_2 0 - 20 ppm Br_2 0 - 20 ppm ClO_2
Doporučený seřizovací interval	6 měsíců
Koncentrace zkušebního plynu	1 - 18 ppm Cl_2

2 Další informace

POZNÁMKA

Pokud se chcete seznámit s dalšími poznámkami k použití snímače Dräger, klikněte na tento odkaz:
www.draeger.com/sensorhandbook

POZOR

Nebezpečí ohrožení zdraví. Snímač obsahuje žíravé kapaliny. V případě netěsnosti zabraňte kontaktu s očima a kůží. Dojde-li ke kontaktu, opláchněte postiženou oblast velkým množstvím vody.

® DrägerSensor je v Německu zapsaná obchodní značka firmy Dräger.

el - Οδηγίες χρήσης

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτές οι οδηγίες χρήσης αποτελούν συμπληρωματικό έγγραφο των οδηγιών χρήσης του εκάστοτε φορητού ανιχνευτή αερίου της Dräger. Κάθε χειρισμός του αισθητήρα προϋποθέτει την ακριβή γνώση και τήρηση των οδηγιών χρήσης του ανιχνευτή αερίου της Dräger που χρησιμοποιείτε, καθώς και των γενικών οδηγιών χρήσης 90 23 657.

1 Σκοπός χρήσης

Για χρήση σε ανιχνευτές αερίων Dräger. Για επιτήρηση της συγκέντρωσης Cl_2 (χλώριο), F_2 (φθόριο), Br_2 (βρώμιο) ή ClO_2 (διοξείδιο χλωρίου) στον αέρα περιβάλλοντος.

Περιοχή μέτρησης	0 - 20 ppm Cl_2 0 - 20 ppm F_2 0 - 20 ppm Br_2 0 - 20 ppm ClO_2
Συνιστώμενο διάστημα βαθμονόμησης	6 μήνες
Συγκέντρωση αερίου δοκιμής	1 - 18 ppm Cl_2

2 Λοιπές πληροφορίες

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Για περισσότερες επισημάνσεις σχετικά με τη χρήση του αισθητήρα της Dräger, μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.draeger.com/sensorhandbook

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος για την υγεία. Ο αισθητήρας περιέχει καυστικά υγρά. Σε περίπτωση διαρροής, αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

® Το DrägerSensor αποτελεί σήμα κατατεθέν της Dräger στη Γερμανία.

hr – Upute za uporabu

OPREZ

Ove su upute za uporabu dodatak uputama za uporabu odgovarajućeg prijenosnog uređaja za mjerenje plina tvrtke Dräger. Svako rukovanje senzorom podrazumijeva točno poznavanje i pridržavanje uputa za uporabu uređaja za mjerenje plina tvrtke Dräger koji se koristi, kao i općih uputa za uporabu 90 23 657.

1 Namjena

Kao sastavni dio uređaja za mjerenje plina Dräger. Za nadzor koncentracije Cl_2 (klora), F_2 (fluora), Br_2 (broma) ili ClO_2 (klor dioksida) u okolnom zraku.

Mjerno područje	0 - 20 ppm Cl_2 0 - 20 ppm F_2 0 - 20 ppm Br_2 0 - 20 ppm ClO_2
Preporučeni interval prilagođavanja	6 mjeseci
Koncentracija testnog plina	1 - 18 ppm Cl_2

2 Ostale informacije

UPUTA

Dodatne upute o uporabi senzora tvrtke Dräger potražite na sljedećoj vezi:
www.draeger.com/sensorhandbook

OPREZ

Opasnost za zdravlje. Senzor sadrži nagrizajuće tekućine. U slučaju propuštanja spriječite kontakt s očima i kožom. Ako dođe do kontakta, odmah obilno isperite vodom.

® DrägerSensor registrirani je zaštitni znak tvrtke Dräger u Njemačkoj.

hu - Használati útmutató

FIGYELEM

Jelen használati útmutató a megfelelő hordozható Dräger gázmérőkészülék használati utasításának kiegészítése. Az érzékelővel kapcsolatos minden művelet feltételezi az alkalmazott Dräger gázmérőkészülék használati útmutatójának, valamint az általános 90 23 657 használati útmutatónak a pontos ismeretét és betartását.

1 Az alkalmazás célja

Dräger gázmérő készülékekben való használathoz. A környezeti levegő Cl_2 (klór)-, F_2 (fluor)-, Br_2 (bróm)- és ClO_2 (klórdioxid)-koncentrációjának felügyeletére.

Mérési tartomány	0 - 20 ppm Cl_2 0 - 20 ppm F_2 0 - 20 ppm Br_2 0 - 20 ppm ClO_2
Ajánlott kalibrálási intervallum	6 havonta
Ellenőrzőgáz-koncentráció	1 - 18 ppm Cl_2

2 További információk

MEGJEGYZÉS

A Dräger érzékelők használatára vonatkozó további részletekért látogasson el a következő hivatkozás alatt levő weboldalra:
www.draeger.com/sensorhandbook

FIGYELEM

Egészségkárosodás veszélye. Az érzékelőben maró folyadék van. Szivárgáskor ügyeljen arra, hogy a folyadék ne kerüljön a szemébe, illetve ne érintkezzen a bőrével. Ha mégis érintkezésbe kerülne a folyadékkal, öblítse ki a szemét, illetve öblítse le a bőrét bő vízzel.

® A DrägerSensor a Dräger Németországban bejegyzett védjegye.

pl – Instrukcja obsługi

OSTROŻNIE

Niniejsza instrukcja obsługi jest uzupełnieniem do instrukcji obsługi odpowiedniego przenośnego miernika gazu marki Dräger. Wszystkie czynności związane z obsługą czujnika wymagają dokładnej znajomości i przestrzegania instrukcji obsługi odpowiedniego, będącego w użytku miernika gazu Dräger, oraz ogólnej instrukcji obsługi 90 23 657.

1 Przeznaczenie

Do zastosowania w miernikach gazu marki Dräger. Do monitorowania stężenia Cl_2 (chloru), F_2 (fluoru), Br_2 (bromu) lub ClO_2 (dwutlenku chloru) w powietrzu otoczenia.

Zakres pomiarowy	0 - 20 ppm Cl_2 0 - 20 ppm F_2 0 - 20 ppm Br_2 0 - 20 ppm ClO_2
Zalecany interwał kalibracji	6 miesięcy
Stężenie gazu próbnego	1 - 18 ppm Cl_2

2 Dalsze informacje

WSKAZÓWKA

Dalsze informacje na temat stosowania czujnika marki Dräger można znaleźć na stronie:
www.draeger.com/sensorhandbook

OSTROŻNIE

Zagrożenie dla zdrowia! Czujnik zawiera żrące ciecze. W razie nieszczelności unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu przepłukać dużą ilością wody.

® DrägerSensor jest w Niemczech zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Dräger.

ro - Instrucţiuni de utilizare

ATENŢIE

Aceste instrucţiuni de utilizare constituie o completare la instrucţiunile de utilizare ale aparatului portabil de măsurare gaz Dräger. Orice manipulare a senzorului presupune cunoaşterea exactă şi respectarea instrucţiunilor de utilizare ale aparatului de măsurare gaz Dräger utilizat, precum şi a instrucţiunilor de utilizare generale 90 23 657.

1 Scopul utilizării

Pentru utilizare în aparate de măsurare gaz Dräger. Pentru monitorizarea concentraţiei de Cl_2 (clor), F_2 (fluor), Br_2 (brom) sau ClO_2 (dioxid de clor) în aerul ambiant.

Domeniu de măsurare	0 - 20 ppm Cl_2 0 - 20 ppm F_2 0 - 20 ppm Br_2 0 - 20 ppm ClO_2
Interval de ajustare recomandat	6 luni
Concentraţia gazului de testare	1 - 18 ppm Cl_2

2 Informaţii suplimentare

INDICAŢIE

Pentru informaţii suplimentare privind utilizarea senzorului Dräger, accesaţi următorul link:
www.draeger.com/sensorhandbook

ATENŢIE

Pericol pentru sănătate. Senzorul conţine lichide caustice. În caz de scurgere, evitaţi contactul cu ochii şi pielea. În caz de contact, clătiţi cu apă din abundenţă.

® DrägerSensor este o marcă înregistrată în Germania a firmei Dräger.

sk – Návod na použitie

POZOR

Tento návod na použitie je doplnkom k návodu na použitie príslušného prenosného prístroja na meranie plynov Dräger. Predpokladom každej manipulácie so senzorom je presná znalosť a dodržiavanie návodu na použitie použitého prístroja na meranie plynov Dräger, ako aj všeobecného návodu na použitie Dräger 90 23 657.

1 Účel použitia

Na použitie v prístrojoch na meranie plynov Dräger. Na sledovanie koncentrácie Cl_2 (chlóru), F_2 (fluóru), Br_2 (brómu) alebo ClO_2 (oxidu chloričitého) v okolitom vzduchu.

Rozsah merania	0 - 20 ppm Cl_2 0 - 20 ppm F_2 0 - 20 ppm Br_2 0 - 20 ppm ClO_2
Odporúčaný nastavovací interval	6 mesiacov
Koncentrácia skúšobného plynu	1 - 18 ppm Cl_2

2 Ďalšie informácie

UPOZORNENIE

Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní senzora Dräger, kliknite na nasledujúce prepojenie:
www.draeger.com/sensorhandbook.

POZOR

Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia. Senzor obsahuje leptavé kvapaliny. Pri netesnosti zabráňte zasiahnutiu zraku a pokožky. V prípade zasiahnutia si postihnuté miesto opláchnite množstvom vody.

® DrägerSensor je značka spoločnosti Dräger zapísaná v Nemecku.

sl - Navodilo za uporabo

PREVIDNOST

To navodilo za uporabo je dopolnilo k navodilu za uporabo pripadajočega nosilnega merilnika plinov podjetja Dräger. Vsaka uporaba senzorja zahteva natančno poznavanje in upoštevanje navodila za uporabo uporabljenega merilnika plinov podjetja Dräger ter splošnih navodil za uporabo 90 23 657.

1 Namen uporabe

Za nametitev v merilnike plinov podjetja Dräger. Za spremljanje koncentracije Cl_2 (klor), F_2 (fluor), Br_2 (brom) ali ClO_2 (klorov dioksid) v zraku iz okolja.

Merilno območje	0 - 20 ppm Cl_2 0 - 20 ppm F_2 0 - 20 ppm Br_2 0 - 20 ppm ClO_2
Priporočen interval nastavljanja	6 mesecev
Koncentracija preizkusnega plina	1 - 18 ppm Cl_2

2 Ostale informacije

NAPOTEK

Za nadaljnje napotke glede uporabe senzorjev podjetja Dräger priključite naslednjo povezavo:
www.draeger.com/sensorhandbook

PREVIDNOST

Nevarnost za zdravje. Senzor vsebuje jedke tekočine. V primeru netesnosti preprečite stik z očmi in kožo. V primeru stika izperite z veliko količino vode.

® Senzor DrägerSensor je v Nemčiji registrirana znamka podjetja Dräger.

tr - Kullanım Kılavuzu

DİKKAT

Bu kullanım kılavuzu, ilgili taşınabilir Dräger gaz ölçüm cihazının kullanım kılavuzunu tamamlayıcı niteliktedir. Bu sensörü kullanabilmek için kullanılan Dräger gaz ölçüm cihazının kullanım kılavuzunu ve 90 23 657 sayılı genel kullanım kılavuzu tam olarak bilmeniz ve talimatlara uymanız gerekmektedir.

1 Kullanım amacı

Dräger gaz ölçüm cihazlarında kullanım için. Ortam havasında Cl_2 (klor), F_2 (flor), Br_2 (brom) veya ClO_2 (klor dioksit) konsantrasyonunun denetlenmesi için.

Ölçüm aralığı	0 - 20 ppm Cl_2 0 - 20 ppm F_2 0 - 20 ppm Br_2 0 - 20 ppm ClO_2
Önerilen ayarlama aralığı	6 ay
Test gazı konsantrasyonu	1 - 18 ppm Cl_2

2 Diğer bilgiler

NOT

Dräger sensörünün kullanımına ilişkin ayrıntılı bilgiler için şu linke başvurabilirsiniz:
www.draeger.com/sensorhandbook

DİKKAT

Sağlık tehlikesi. Sensör aşındırıcı sıvılar içerir. Sızıntı durumunda göz ve deri temasını önleyin. Temas durumunda bol suyla yıkayın.

® DrägerSensor, Almanya'da Dräger'in tescilli markasıdır.

ja - 取扱説明書

注意

本取扱説明書は、各種ポータブル用 Dräger ガス検知警報器の取扱説明書を補足するものです。ご使用になる Dräger ガス検知警報器の取扱説明書および標準取扱説明書 90 23 657 を十分理解した上で、このセンサーを正しくご使用ください。

1 使用目的

Dräger ガス検知警報器で使用します。周囲の空気中の Cl_2（塩素）または F_2（フッ素）、Br_2（臭素）、ClO_2（二酸化塩素）の濃度を監視します。

測定範囲	0 ~ 20 ppm Cl_2 0 ~ 20 ppm F_2 0 ~ 20 ppm Br_2 0 ~ 20 ppm ClO_2
推奨校正間隔	6 カ月
テストガス濃度	1 ~ 18 ppm Cl_2

2 補足情報

注意事項

Dräger のセンサーの使用に関する詳しい注意事項は以下のリンクを参照してください：
www.draeger.com/sensorhandbook

注意

健康被害の恐れ。センサーには腐食性液体が含まれます。漏れた場合は、眼および皮膚に触れないよう注意してください。接触したら多量の水でよく洗浄してください。

® DrägerSensor はドイツで登録されている Dräger の商標です。

zh - 使用说明书

小心

本说明是对相应 Dräger 便携式气体检测仪使用说明书的补充说明。使用该传感器前必须全面了解并遵守相应 Dräger 气体检测仪使用说明书和通用使用说明书 90 23 657。

1 适用范围

适用于 Dräger 气体检测仪。用于监控环境中的 Cl_2（氯气）、F_2（氟气）、Br_2（溴气）或 ClO_2（二氧化氯）浓度。

测量范围	0 - 20 ppm Cl_2 0 - 20 ppm F_2 0 - 20 ppm Br_2 0 - 20 ppm ClO_2
建议的标定间隔时间	6 个月
检测气体浓度	1 - 18 ppm Cl_2

2 其他信息

注意

有关使用该 Dräger 传感器的更多信息，请点击以下链接：
www.draeger.com/sensorhandbook

小心

健康危害。传感器内有腐蚀性液体。如发生泄漏，须避免接触眼睛和皮肤。如有接触，须用大量清水冲洗。

® DrägerSensor 是 Dräger 在德国的注册商标。