

DrägerSensor Dual IR Ex/CO₂ HC

Bestell-Nr. 6800276

Wird verwendet in	Plug & Play	austauschbar	Garantie	Erwartete Sensorlebensdauer
Dräger X-am 8000 (nur HPP1)	nein	ja	5 Jahre	> 5 Jahre

MARKTSEGMENTE

Bergbau, Deponien, Biogasanlagen

TECHNISCHE DATEN

Nachweisgrenze:	1 % UEG für IR Ex (bei Justierung mit CH ₄) 0,2 Vol% CO ₂ für IR CO ₂
Auflösung:	1 % UEG für Ex 0,1 Vol% CO ₂
Messbereich:	0 bis 100 % UEG/0 bis 100 Vol% (abhängig vom jeweiligen Zielgas) 0 bis 100 Vol% CO ₂
Umgebungsbedingungen	
Temperatur:	-20 bis 50 °C (-4 bis 122 °F)
Feuchte:	0 bis 90 % r. F.
Druck:	800 bis 1100 hPa (für explosionsgefährdete Bereiche) 700 bis 1300 hPa
Einlaufzeit:	≤ 3 Minuten

TYPISCHE MESSEIGENSCHAFTEN FÜR DEN MESSBEREICH 0 BIS 100 % UEG BZW. 0 BIS 4,4 VOL% CH₄ BEI JUSTIERUNG 2,5 VOL% METHAN IN LUFT:

Ansprechzeit:	Diffusionsbetrieb (t ₅₀) ≤ 10 Sekunden Diffusionsbetrieb (t ₉₀) ≤ 21 Sekunden Pumpenbetrieb (t ₅₀) ≤ 9 Sekunden Pumpenbetrieb (t ₉₀) ≤ 11 Sekunden
Präzision	
Nullpunkt:	≤ ± 1,0 % UEG
Empfindlichkeit:	≤ ± 2 % UEG bei 50 % UEG
Linearitätsfehler:	≤ ± 4 % vom Messwert oder ≤ ± 1,5 % vom Messbereichsendwert (es gilt der jeweils größere Wert)
Temperatureinfluss (-20 bis 50 °C)	
Nullpunkt:	≤ ± 0,02 % UEG/K
Empfindlichkeit:	≤ ± 0,1 % UEG/K bei 50 % UEG
Feuchteeinfluss, bei 40 °C (0 bis 95 % r. F., nicht kondensierend)	
Nullpunkt:	≤ ± 0,01 % UEG/% r. F.
Druckeinfluss (des jeweiligen Messwertes/hPa)	
Empfindlichkeit:	≤ ± 0,06 % (kompensiert)
Langzeitdrift	
Nullpunkt:	≤ ± 1 % UEG Methan/Monat
Empfindlichkeit:	≤ ± 3 % UEG Methan/Monat bei 50 % UEG

TYPISCHE MESSEIGENSCHAFTEN FÜR DEN MESSBEREICH 0 BIS 100 % UEG BZW. 0 BIS 1,7 VOL% C₃H₈ BEI JUSTIERUNG MIT 0,9 VOL% PROPAN IN LUFT:

Ansprechzeit:	Diffusionsbetrieb (t_{50}) ≤ 14 Sekunden Diffusionsbetrieb (t_{90}) ≤ 57 Sekunden Pumpenbetrieb (t_{50}) ≤ 10 Sekunden Pumpenbetrieb (t_{90}) ≤ 15 Sekunden
Präzision	
Nullpunkt:	≤ ± 1,0 % UEG
Empfindlichkeit:	≤ ± 2 % UEG bei 50 % UEG
Linearitätsfehler:	≤ ± 3,0 % vom Messwert oder ≤ ± 1,0 % vom Messbereichsendwert (es gilt der jeweils größere Wert)
Temperatureinfluss (-20 bis 50 °C)	
Nullpunkt:	≤ ± 0,06 % UEG/K
Empfindlichkeit:	≤ ± 0,13 % UEG/K bei 50 % UEG
Feuchteinfluss, bei 40 °C (0 bis 95 % r. F., nicht kondensierend)	
Nullpunkt:	≤ ± 0,01 % UEG/% r. F.
Druckeinfluss (des jeweiligen Messwertes/hPa)	
Empfindlichkeit:	≤ ± 0,06 % (kompensiert)
Langzeitdrift	
Nullpunkt:	≤ ± 3 % UEG/Monat
Empfindlichkeit:	≤ ± 4 % UEG/Monat bei 50 % UEG

TYPISCHE MESSEIGENSCHAFTEN FÜR DEN MESSBEREICH 0 BIS 100 VOL% CO₂ BEI JUSTIERUNG MIT 50 VOL% KOHLENSTOFFDIOXID IN STICKSTOFF:

Ansprechzeit:	Diffusionsbetrieb (t_{50}) ≤ 15 Sekunden Diffusionsbetrieb (t_{90}) ≤ 55 Sekunden Pumpenbetrieb (t_{50}) ≤ 13 Sekunden Pumpenbetrieb (t_{90}) ≤ 20 Sekunden
Präzision	
Nullpunkt:	≤ ± 0,05 Vol%
Empfindlichkeit:	≤ ± 0,5 Vol% bei 50 Vol%
Linearitätsfehler:	≤ ± 1,0 Vol% oder ≤ ± 5 % vom Messwert (es gilt der jeweils größere Wert)
Temperatureinfluss (-20 bis 50 °C)	
Nullpunkt:	≤ ± 0,008 Vol%/K
Empfindlichkeit:	≤ ± 0,4 % Vol%/K bei 50 Vol%
Feuchteinfluss, bei 40 °C (0 bis 95 % r. F., nicht kondensierend)	
Nullpunkt:	≤ ± 0,001 Vol% / %r.F.
Druckeinfluss (des jeweiligen Messwertes/hPa)	
Empfindlichkeit:	≤ ± 0,09 % (kompensiert)
Langzeitdrift	
Nullpunkt:	≤ ± 0,05 Vol%/Monat
Empfindlichkeit:	≤ ± 2 Vol%/Monat bei 50 Vol%

Prüfgase:	2,5 Vol% CH ₄ für Messbereich bis 100 %UEG 50 Vol% CH ₄ für Messbereich bis 100 Vol% CH ₄ 0,9 Vol% C ₃ H ₈ für Messbereich bis 100 %UEG 50 Vol% CO ₂ für Messbereich bis 100 Vol% CO ₂ Biogas 60 Vol% CH ₄ /40 Vol% CO ₂ Eine Nullpunktjustierung des CO ₂ -Kanals muss mit Stickstoff oder synthetische Luft erfolgen.
------------------	--

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

Dieser Sensor ermöglicht es, Kohlenwasserstoffe (Gase und Dämpfe) und Kohlenstoffdioxid gleichzeitig mit nur einem Sensor zu messen. CO₂-Konzentrationen bis zu 100 Vol% können mit diesem Sensor sicher detektiert werden. Wie bei allen anderen IR-Sensoren zeichnet sich auch dieser Sensor durch geringen Wartungsaufwand, hohe Langzeitstabilität und Vergiftungsresistenz aus.

MÖGLICHE GASE UND MESSBEREICHE:

Gas	Datensatzbezeichnung	Messbereich
n-Butan	buta	0 bis 100 % UEG ¹⁾
n-BUTAN	BUTA	0 bis 100 Vol%
Ethen	c2h4	0 bis 100 % UEG ¹⁾
ETHEN	C2H4	0 bis 100 Vol%
Ethanol	EtOH	0 bis 100 % UEG ¹⁾
Ex	Ex	0 bis 100 % UEG
Flüssiggas ²⁾	LPG	0 bis 100 Vol%
JetFuel	JetF	0 bis 100 % UEG ¹⁾
Methan	ch4	0 bis 100 % UEG ¹⁾
METHAN	CH4	0 bis 100 Vol%
n-Nonan	Nona	0 bis 100 % UEG ¹⁾
n-Pentan	Pent	0 bis 100 % UEG ¹⁾
Propan	c3h8	0 bis 100 % UEG ¹⁾
PROPAN	C3H8	0 bis 100 Vol%
Toluol	Tolu	0 bis 100 % UEG ¹⁾

¹⁾ UEG-Angaben abhängig von der länderspezifischen Norm.

²⁾ Die in der Tabelle enthaltenen Werte setzen eine Zusammensetzung von 50 % Propan und 50 % Butan voraus. In der Praxis schwankt die Zusammensetzung von LPG, was zu erhöhten Messfehlern führen kann.

Detektion weiterer Gase und Dämpfe für den Messbereich 0 bis 100 % UEG mit dem DrägerSensor Dual IR Ex/ CO₂ HC durch messtechnisch verwertbare empfindlichkeiten bei Justierung mit Propan C₃H₈, 100 % UEG = 1,7 Vol%, für diese Anwendung zwingend beizubehalten). Der Sensor kann zur Detektion der in der Tabelle aufgeführten Gase und Dämpfe eingesetzt werden. Hierzu ist der Sensor im Gerät auf das Messgas „Ex“ zu konfigurieren. Der Sensor kann auch auf andere Gase und Dämpfe empfindlich sein.

RELEVANTE QUEREMPFLINDLICHKEITEN

Gas/Dampf	Chemische Formel	CAS-Nr.	Prüfgaskonzentration in Vol%	Anzeige des Messwertes in % UEG (bei Kal. auf 0,85 Vol% = 50 % UEG Propan)	Querempf.-Faktor f *
Aceton	C_3H_6O	67-64-1	1,25	25	2,02
Ethin	C_2H_2	74-86-2	-	nicht möglich	-
Benzol	C_6H_6	71-43-2	0,6	32	1,56
1,3-Butadien	C_4H_6	106-99-0	0,7	22	2,24
i-Butan	$(CH_3)_3CH$	75-28-5	0,75	41	1,23
n-Butan	C_4H_{10}	106-97-8	0,7	42	1,19
i-Buten	C_4H_8	115-11-7	0,8	37	1,34
n-Butanol	$C_4H_{10}O$	71-36-3	0,85	19	2,58
Methylethylketon (MEK)	C_4H_8O	78-93-3	0,75	27	1,83
n-Butylacetat	$C_6H_{12}O_2$	123-86-4	0,60	22	2,30
Cyclohexan	C_6H_{12}	110-82-7	0,50	15	3,23
Cyclopentan	C_5H_{10}	287-92-3	0,7	45	1,12
Dimethylether	C_2H_6O	115-10-6	1,35	51	0,98
Diethylamin	$C_4H_{11}N$	109-89-7	0,85	39	1,29
Diethylether	$(C_2H_5)_2O$	60-29-7	0,85	48	1,05
Ethan	C_2H_6	74-84-0	1,2	69	0,72
Ethanol	C_2H_6O	64-17-5	1,55	50	1,00
Ethen	C_2H_4	74-85-1	1,2	24	2,08
Ethylacetat	$C_4H_8O_2$	141-78-6	1,0	36	1,38
Ethylacrylat	$C_5H_8O_2$	140-88-5	0,85	25	1,98
Ethylformiat	$C_3H_6O_2$	109-94-4	1,40	53	0,95
n-Heptan	C_7H_{16}	142-82-5	0,55	28	1,79
n-Hexan	C_6H_{14}	110-54-3	0,5	32	1,55
Methan	CH_4	74-82-8	2,2	43	1,15
Methanol	CH_4O	67-56-1	3,0	93	0,54
1-Methoxy-2-propanol	$C_4H_{10}O_2$	107-98-2	0,9	32	1,58
Methyl-tert-butylether	$C_5H_{12}O$	1634-04-4	0,80	54	0,93
Methylchlorid	CH_3Cl	74-87-3	3,8	47	1,06
Methylenchlorid	CH_2Cl_2	75-09-2	6,5	20	2,55
n-Nonan	C_9H_{20}	111-84-2	0,35	18	2,73
n-Octan	C_8H_{18}	111-65-9	0,40	25	2,02
1-Octen	C_8H_{16}	111-66-0	0,35	21	2,40
n-Pentan	C_5H_{12}	109-66-0	0,55	35	1,44
Propan	C_3H_8	74-98-6	0,85	50	1,00
2-Propanol	C_3H_8O	67-63-0	1,00	38	1,31
n-Propanol	C_3H_8O	71-23-8	1,05	37	1,36
Propen	C_3H_6	115-07-1	0,90	43	1,16
Propylenoxid	C_3H_6O	75-56-9	0,95	62	0,81
Toluol	C_7H_8	108-88-3	0,50	28	1,81
o-Xylol	C_8H_{10}	95-47-6	0,5	18	2,78

Querempfindlichkeiten, die nicht in der Tabelle gelistet sind, bei Dräger erfragen.

Die angegebenen Werte gelten für 20 °C und können um ±30 % abweichen. Bei einer Justierung auf das Gas oder den Dampf kann es zu erhöhten Linearitätsfehler: sfehlern kommen.

* Angaben beziehen sich auf die jeweilige Prüfgaskonzentration und die entsprechende UEG.