DRÄGER ALKOHOLMESSGERÄTE

Wartung & Service

Mobile Alkoholtester

Kalibrierung

Die Messung wird mit einem bekannten Referenzwert verglichen. Dabei wird die Abweichung festgestellt, ohne das Gerät zu verstellen.

Justierung

Das Gerät wird eingestellt, um Messabweichungen zu verringern. Anschließend wird die Messgenauigkeit erneut geprüft.

Gerät / Modell	Prüf-/Justierintervall	Herstellerangabe / Hinweis
Alcotest 1000	**12 Monate oder 500 Tests**	Kalibrierung / Justierung empfohlen; früheren Termin einplanen
Alcotest 3000	**12 Monate**	Kalibrierung / Justierung empfohlen
Alcotest 3820	**12 Monate**	Kalibrierung / Justierung empfohlen
Alcotest 4000	**12 Monate**	Kalibrierung / Justierung empfohlen
Alcotest 5000	**24 Monate**	Kalibrierung / Justierung empfohlen
Alcotest 5820	**6 Monate**	Kalibrierung / Justierung empfohlen
Alcotest 6000	**6 Monate**	Kalibrierung / Justierung empfohlen; lokale Abweichungen möglich
Alcotest 6510	**6 Monate**	Kalibrierung / Justierung empfohlen
Alcotest 6820	**6 Monate**	Kalibrierung / Justierung empfohlen
Alcotest 7000	**12 Monate**	Kalibrierung / Justierung empfohlen
Alcotest 7510	**6 Monate**	Kalibrierung / Justierung empfohlen; Verlängerung siehe Hinweis

Alcotest 7510: Verlängerung z. B. auf ein Jahr nur nach Sensordatenanalyse und weiteren Qualitätssicherungsmaßnahmen durch den Dräger-Service. Maßgeblich sind Geräteanleitung, Konfiguration und nationale Vorgaben.

Wartung oder Service benötigt? Wir sind Ihr Servicepartner.

Seyffer GmbH | anfrage@seyffer.shop
Tel. +49 (0) 621 8779 555

GERÄTE & ZUBEHÖR IM SEYFFER-SHOP >
https://seyffer.shop

Geräteangaben gemäß Dräger; Begriffe gemäß BEV. Stand 2026.

Quellen auf Seite 2; in der PDF anklickbar.

DRÄGER ALKOHOLMESSGERÄTE

Medizinische Atemalkoholmessung und Alkohol-Wegfahrsperren

Medizinische Atemalkoholmessgeräte

„med“-Modelle sind für den medizinischen Einsatz bestimmt. Zusätzlich zum Prüf-/Justierintervall können Funktions- und Sicherheitsprüfungen erforderlich sein.

Gerät / Modell	Prüf-/Justierintervall	Herstellerangabe / Hinweis
Alcotest 6820 med	**6 Monate**	Kalibrierung / Justierung empfohlen; Sicherheitskontrolle; Test tägl.*
Alcotest 7000 med	**12 Monate**	Kalibrierung / Justierung empfohlen; weitere Prüfungen beachten

Interlock: Alkohol-Wegfahrsperren im Fahrzeug

Diese Systeme verknüpfen einen Atemalkoholtest mit der Startfreigabe des Fahrzeugs. Service nur durch ein autorisiertes Dräger-Interlock-Servicezentrum.

Gerät / Modell	Prüf-/Justierintervall	Herstellerangabe / Hinweis
Interlock 5000 / 7000	**Mind. jährlich**	Kalibrierung / Justierung empfohlen
Interlock 7500	**Mind. jährlich**	Kalibrierung / Justierung empfohlen
Interlock 7500 DVI	**Mind. jährlich**	Kalibrierung / Justierung empfohlen

Weitere Modelle: Für Alcotest 5510, 6810, 6810 med, 7410, 7110, 9510 und Interlock XT die konkrete Ausführung prüfen lassen. Fehlende Angaben bedeuten nicht „wartungsfrei“. Für Anfragen Modell, Seriennummer und letzten Servicetermin bereithalten. *Tägliche Funktionsprüfung empfohlen.

Wartung oder Service benötigt? Wir sind Ihr Servicepartner.

Seyffer GmbH | anfrage@seyffer.shop
Tel. +49 (0) 621 8779 555

GERÄTE & ZUBEHÖR IM SEYFFER-SHOP >
https://seyffer.shop

Quellen:

[1] Alcotest 1000 · IFU 9301096
[2] Alcotest 3000 · Produktinformation 9041300
[3] Alcotest 3820 · IFU 9033578
[4] Alcotest 4000 · IFU 9300211
[5] Alcotest 5000 · Produktinformation
[6] Alcotest 5820 · IFU 9300173
[7] Alcotest 6000 · IFU 9300217
[8] Alcotest 6510 · IFU 9023757
[9] Alcotest 6820 · IFU 9033400
[10] Alcotest 7000 · IFU 9300088
[11] Alcotest 7510 · IFU 9023996
[12] Alcotest 6820 med · IFU 9033599
[13] Alcotest 7000 med · IFU 9300605
[14] Interlock 5000 / 7000 · IFU 9033803
[15] Interlock 7500 · IFU 9300929
[16] Interlock 7500 DVI · IFU 9300984
[17] Weitere Varianten · Dräger Dokumentationsportal
[18] Begriffe Kalibrierung / Justierung · BEV

Geräteangaben gemäß Dräger; Begriffe gemäß BEV. Stand 2026.

Quellen auf Seite 2; in der PDF anklickbar.